

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr ZP/382/5/2019, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Dotyczy punktu 3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie kanałów przetwarzania 1032192.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2:** Dotyczy punktu 23 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o parametrach: Doppler pulsacyjny ( PWD) rejestrowane prędkości maksymalne ( przy zerowym kącie bramki)  $\pm 840$  cm/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalnie 245.5 cm/s; Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach  $\pm 1100$  cm/s ( przy zerowym kącie bramki).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 3:** Dotyczy głowic do aparatu . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta wyposażonego w głowice ultrasonograficzne o ilości elementów akustycznych 192 wykonane w technologii Hanafy Lens i wykorzystujący technologie MultiHertz odpowiadających głowicom 250 elementowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączony był do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 5:** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie 6:** dot. §5 Gwarancja i serwis punkt 8 i 9 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego do czasu nie dłuższego niż 4 godziny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z powyższym zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ w zakresie załącznika nr 6 istotne postanowienia umowy gdzie w §5 ust. 8 i 9 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

„8. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane będą w formie telefonicznej, pisemnej, faxem lub na adres poczty elektronicznej, w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00. Wpływ zgłoszenia po godzinie 17,00 oznacza jego wpływ w następnym dniu roboczym o godz. 8,00., ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu konsultacji w języku polskim związanych z obsługą i diagnostyką, gdy w toku pracy z dostarczonymi urządzeniami pojawią się problemy z ich obsługą. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.”

„9. Potwierdzeniem wpływu zgłoszenia jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do Zamawiającego przez Wykonawcę w tej samej formie, jak zgłoszenie. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi zgłoszenia w ciągu 4 godzin od daty wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało skutecznie dokonane po upływie 4-ch godzin od momentu jego wysłania.

**Pytanie 7:** dot. § 5 Gwarancja i serwis punkt 10 i 12 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia usterki max 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 8:** dot. § 5 Gwarancja i serwis punkt 16 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY Ze względu na fakt, iż zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy są wykonywane raz na rok prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Wykonawca w okresie gwarancyjnym, w ramach gwarancji dokona min 1 przeglądu gwarancyjnego i serwisowego wszystkich elementów systemu ( sprzęt oraz oprogramowanie ) chyba ,że obowiązujące przepisy lub zalecanie producenta przewidują większą liczbę przeglądów w ciągu roku. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną uzgodnione drodze porozumienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z powyższym zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy pzp zmienia treść SIWZ w zakresie załącznika nr 6 istotne postanowienia umowy gdzie w §5 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: „16. Wykonawca w okresie gwarancyjnym, w ramach gwarancji dokona co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego i serwisowego rocznie wszystkich elementów systemu ( sprzęt oraz oprogramowanie ) chyba ,że obowiązujące przepisy lub zalecanie producenta przewidują większą liczbę przeglądów w ciągu roku. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną uzgodnione drodze porozumienia.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że **termin** składania ofert **nie uległ zmianie** i upływa w dniu **4 października 2019 r.** o godzinie **12:00**, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **12:10**.

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu  
Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska